

декември, 2017 г.

# Страница от протокол QIAsymphony<sup>®</sup> SP

## Протокол DNA\_Blood\_400\_V6\_DSP

Този документ е страница от протокол DNA\_Blood\_400\_V6\_DSP QIAsymphony SP , R2, за QIAsymphony DSP DNA Midi Kit, версия1.

## Обща информация

QIAsymphony DSP DNA Kit е предназначен за ин витро диагностика.

Този протокол е предназначен за пречистване на цяла геномна и митохондриална ДНК от прясна или замразена човешка цяла кръв с използване на QIAsymphony SP и QIAsymphony DSP DNA Midi Kit.

<b>Набор</b>	QIAsymphony DSP DNA Midi Kit (кат. № 937255)
<b>Материал на пробата</b>	Човешка цяла кръв (антикоагулант EDTA, цитрат или хепарин)
<b>Име на протокола</b>	DNA_Blood_400_V6_DSP
<b>Набор по подразбиране за контрол на анализа</b>	ACS_Blood_400_V6_DSP
<b>Редактируем</b>	Обем на елиуране: 100 µl, 200 µl, 400 µl
<b>Необходима софтуерна версия</b>	Версия 4.0 или по-висока

## Чекмедже „Sample“ (Проба)

<b>Вид проба</b>	Човешка цяла кръв (антикоагулант EDTA, цитрат или хепарин)
<b>Обем на пробата</b>	Зависи от вида на използваната епруветка за проба, вижте <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> .
<b>Първични епруветки за преби</b>	За допълнителна информация вижте <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> .
<b>Вторични епруветки за преби</b>	За допълнителна информация вижте <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> .
<b>Вложки</b>	Зависи от вида на използваната епруветка за проба, вижте <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> .

## Чекмедже „Reagents and Consumables“ (Реактиви и консумативи)

<b>Позиция A1 и/или A2</b>	Касета за реактив
<b>Позиция B1</b>	Неприложимо
<b>Държач на стойка за накрайници 1 – 17</b>	Филтърни накрайници за еднократна употреба, 200 µl или 1500 µl
<b>Държач на кутия 1 – 4</b>	Кутии, съдържащи касети за подготовка на преби или капаци 8-Rod

н/а = неприложимо.

## Чекмедже „Waste“ (Отпадък)

Държач на кутия 1 – 4	Празни кутии
Държач за торба за отпадъци	Торба за отпадъци
Държач за бутилка за течни отпадъци	Празна бутилка за течни отпадъци

## Чекмедже „Eluate“ (Елуат)

Стойка за елуиране (препоръчваме използване на слот 1, позиция за охлаждане)	За допълнителна информация вижте <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> .
--	---

## Необходимо пластмасово лабораторно оборудване

	Една партида, 24 проби*	Две партиди, 48 проби*	Три партиди, 72 проби*	Четири партиди, 96 проби*
Филтърни накрайници за еднократна употреба, 200 µl†‡	4	4	4	8
Филтърни накрайници за еднократна употреба, 1500 µl†‡	110	212	314	424
Касети за подготовка на преби§	18	36	54	72
Капаци 8-Rod¶	3	6	9	12

\* Използването на по-малко от 24 проби на партида намалява броя на върховете за еднократна употреба, необходими за всяка серия.

† В една стойка за филтърни накрайници има 32 филтърни накрайника.

‡ Броят на необходимите филтърни накрайници включва филтърни накрайници за 1 инвентарно сканиране на касета с реагент.

§ В една кутия има 28 касети с преби.

¶ В една кутия има дванадесет капака 8-Rod.

**Забележка:** В зависимост от настройките, посоченият брой на филтърните накрайници може да се различава от броя, показван на сензорния еcran. Препоръчваме зареждане на максималния възможен брой накрайници.

## Обем на елуиране

Обемът на елуиране се избира върху сензорния еcran. В зависимост от вида на пробата и съдържанието на ДНК окончателният обем на елуата може да варира до 15 µl по-малко от избрания обем. Поради факта, че обемът на елуата може да варира, когато използвате автоматизирана система за анализ, която не проверява обема на елуата преди прехвърляне, препоръчваме да проверите действителния обем на елуата. Елуирането в по-малки обеми увеличава крайната концентрация на ДНК, но леко понижава добива. Препоръчваме да използвате обем на елуиране, подходящ за предвидения последващ анализ по веригата.

## Подготовка на материала на пробата

Когато работите с химикали, винаги носете подходящо лабораторно облекло, ръкавици за еднократна употреба и предпазни очила. За повече информация се обърнете към съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ), предоставени от доставчика на продукта.

### Важно указание, преди да започнете

- Магнитните частици QIAsymphony могат да пречистят РНК, ако тя присъства в пробата. За да се сведе до минимум съдържанието на РНК в пробата, преди да започнете процедурата, добавете към пробата RNase A. Крайната концентрация на RNase A трябва да бъде 2 mg/ml.

### Човешка цяла кръв

Могат да се използват преби от цяла кръв, третирани с EDTA, цитрат или хепарин, които могат да бъдат пресни или замразени. Ако използвате преби от прясна кръв в първични епруетки, разбъркайте добре кръвните преби (напр. чрез неколкократно обръщане на епруетките), преди да ги заредите върху QIAsymphony SP. Замразените преби трябва да се размразят бързо във водна баня с температура 37° С, с леко разбъркване, за да се осигури пълно смесване, след което да се темперират до стайна температура (15 – 25° С) преди започване на процедурата. За да се осигури надеждно прехвърляне на пробите, избягвайте да генерирате пяна в епруетките за преби. Опитайте се да избегнете образуването на кръвни съсириеци в пробите и, ако е необходимо, прехвърлете пробата без съсириеци в нова епруетка.

Добивът и качеството на пречистената ДНК зависи от условията на съхранение на кръвта. По-свежите кръвни преби позволяват получаване на по-добри резултати. За краткосрочно съхранение до 10 дни събирайте кръвта в епруетки, съдържащи като антикоагулант EDTA, и ги съхранявайте при 2 – 8° С. За приложения, изискващи максимален размер на фрагмента, например реакция със Southern-blot, препоръчваме съхранение само при 2 – 8° С само до 3 дни, тъй като след това възникват ниски нива на разграждане на ДНК. За дългосрочно съхранение (над 10 дни), събирайте кръвта в епруетки, съдържащи стандартен антикоагулант (за предпочитане EDTA, ако се изисква ДНК с висока молекулна маса), и ги съхранявайте при -20° С или -70° С.

## История на редакции

История на редакциите на документа	
R2 12/2017	Актуализация на софтуер QIAsymphony Software, версия 5.0

За актуална информация относно лицензирането и конкретните за продуктите правни бележки вижте ръководството или наръчника за потребителя на набора QIAGEN®. Ръководствата и наръчниците за потребителя на набора QIAGEN са достъпни на адрес [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) или могат да бъдат заявени от отдела за технически услуги на QIAGEN или местния ви дистрибутор.

Търговски марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAsymphony® (група QIAGEN Group). Регистрираните имена, търговските марки и т.н., използвани в този документ, дори ако не са изрично обозначени като такива, не трябва да се считат за незаштитени от закона.  
12/2017 HB-0977-S03-002 © 2017 QIAGEN, всички права запазени.

---

Поръчване [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | Техническа поддръжка [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Уебсайт [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)