



QIAGEN GmbH
QIAGEN Str. 1
40724 Hilden, Alemania

Marzo de 2022

NOTA: LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ESTA CARTA ANTES DE UTILIZAR EL QIAstat-Dx GASTROINTESTINAL PANEL.

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Actualización del archivo de definición del ensayo (Assay Definition File, ADF) a la versión 1.5

Estimado cliente:

QIAGEN se dedica a satisfacer las necesidades de los clientes, y se esfuerza constantemente por proporcionar el mejor valor en los productos y servicios. Por ello, nos gustaría informarle sobre una actualización del archivo de definición del ensayo (Assay Definition File, ADF) para el QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel (n.º de cat. 691411).

Esta nueva versión del ADF habilita un cambio de protocolo para mejorar la fiabilidad de las pruebas y mitigar los falsos negativos del control interno. Además, el ADF permite que el ensayo se ejecute a mayores altitudes, hasta 3100 m sobre el nivel del mar. Los clientes deben instalar este nuevo ADF en su sistema antes de usar el QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel. Esta actualización del ADF no tardará más de 1 minuto.

Para utilizar el nuevo ADF, deberá importar la versión 1.5 del ADF de QIAstat-Dx Gastrointestinal en su QIAstat-Dx Analyzer 1.0. El ADF del QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel es compatible con el software QIAstat-Dx Analyzer 1.0 que ejecute la versión de software **1.3 y superior**.

Cómo actualizar su ADF del QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel a la versión 1.5

La actualización de su ADF del QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel a la versión 1.5 la pueden realizar los clientes. Si experimenta algún problema durante la actualización, comuníquese con el servicio técnico de QIAGEN en support.qiagen.com



Para actualizar su ADF del QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel a la versión 1.5 e importar la versión actualizada del ensayo a su QIAstat-Dx Analyzer 1.0, realice los siguientes pasos:

1. Solicite el archivo ADF a su representante de ventas de QIAGEN o vaya a <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>
2. En la pestaña **Product Resources** (Recursos de productos), haga clic en **Protocol Files** (Archivos del protocolo) y descargue el ADF del QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel versión 1.5. Guarde y descomprima el paquete. Copie el archivo ***.asy** en la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB (directamente en el dispositivo de almacenamiento USB, no en una carpeta).
3. Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB que contiene el ADF correspondiente en el puerto USB de QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Pulse el botón **Options** (Opciones) y, a continuación, el botón **Assay Management** (Administración de ensayos). Aparecerá la pantalla Assay Management (Administración de ensayos) en la zona de contenido de la pantalla.
5. Pulse el icono **Import** (Importar) en la parte inferior izquierda de la pantalla.
6. Seleccione el archivo de ADF que se va a importar desde el dispositivo de almacenamiento USB.
7. Aparecerá un cuadro de diálogo y deberá confirmar la carga de los archivos.
8. Puede que aparezca un cuadro de diálogo que le solicita que sustituya la versión actual por una nueva. Pulse **Yes** (Sí) para confirmar la acción.
9. Seleccione **Assay Active** (Ensayo activo) para permitir que el ensayo pase a estado activo.
10. Asigne el ensayo activo al usuario pulsando el botón **Options** (Opciones) y, a continuación, el botón **User Management** (Administración de usuarios).
11. Seleccione el usuario que debe tener permiso para realizar el ensayo. Seleccione **Assign Assays** (Asignar ensayos) en **User Options** (Opciones del usuario).
12. Active el ensayo y pulse el botón **Save** (Guardar).

Para obtener información adicional, consulte el manual de instrucciones de uso del ensayo específico (QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel).

No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de su representante de ventas de QIAGEN si tiene más preguntas sobre los puntos mencionados anteriormente.

Atentamente,

El equipo de QIAGEN

www.qiagen.com