

Nota importante

Roche deja de comercializar LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, cat. no. 04535286001) y LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, cat. N°. 03515567001)

Estimado cliente:

Es posible que Roche le haya informado de que el 31 de diciembre de 2024 dejará de comercializar su LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, cat. n° 04535286001) y LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, cat. N°. 03515567001).

Esta interrupción afecta únicamente a los productos *ipsogen*® (enumerados en la tabla siguiente), utilizados con los instrumentos capilares de qPCR en tiempo real LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 y LightCycler 2.0 de Roche, que ya no reciben soporte o dejarán de recibirlo después del 31 de diciembre de 2024.

Si se ve afectado por la interrupción, puede seguir utilizando los productos *ipsogen* enumerados con instrumentos de qPCR en tiempo real no capilares alternativos y reactivos alternativos enumerados en la sección "Materiales necesarios pero no suministrados" del manual respectivo, siguiendo sus instrucciones de uso correspondientes.

Producto afectado <i>ipsogen</i> Cat. N.º	Nombre del producto afectado <i>ipsogen</i>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbc1 Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc1 Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc1 Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Valoramos mucho nuestra relación con usted y su laboratorio, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta interrupción de Roche pueda causar. Esperamos que la alternativa propuesta le resulte útil.

Atentamente,

QIAGEN

www.qiagen.com