

## Nota importante

**Interruzione da parte di Roche della produzione di LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, N. cat. 04535286001) e LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, N. cat. 03515567001)**

Stimato cliente,

È possibile che lei abbia ricevuto una comunicazione da parte di Roche in merito all'interruzione, a partire dal 31 dicembre 2024, della produzione di LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, N. cat. 04535286001) e LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, N. cat. 03515567001).

L'interruzione interessa esclusivamente i prodotti *ipsogen*®, elencati nella tabella seguente, utilizzati con gli strumenti per la qPCR real-time per capillari Roche LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 e LightCycler 2.0, che non più supportati o non saranno più supportati da Roche a partire dal 31 dicembre 2024.

Se è interessato dall'interruzione, potrà comunque utilizzare i prodotti *ipsogen* elencati con strumenti per la qPCR real-time non per capillari e reagenti alternativi elencati nella sezione "Materiali necessari ma non in dotazione" del rispettivo manuale, seguendo le relative istruzioni per l'uso.

<b>N. cat. prodotto <i>ipsogen</i> interessato</b>	<b>Nome prodotto <i>ipsogen</i> interessato</b>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFB-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Apprezziamo molto il nostro rapporto con lei e con il suo laboratorio e ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo possa causare. Ci auguriamo che lei possa trovare utili le alternative proposte.

Distinti saluti,

QIAGEN

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)