

Önemli Not

Roche'un LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. no. 04535286001) ve LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. no. 03515567001) ürünlerinin üretimine son vermesi

Değerli müşterimiz,

Roche tarafından, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. no. 04535286001) ve LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. no. 03515567001) ürünlerinin üretiminin durdurulacağı konusunda bilgilendirilmiş olabilirsiniz.

Bu durdurma yalnızca, artık desteklenmeyen veya 31 Aralık 2024'ten sonra Roche tarafından desteklenmeyecek olan Roche gerçek zamanlı qPCR kapiller cihazlarıyla (LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 ve LightCycler 2.0) kullanılan *ipsogen*® ürünlerini (aşağıdaki tabloda listelenmektedir) etkilemektedir.

Durdurmadan etkilenmeniz durumunda, listelenen *ipsogen* ürünlerini, ilgili el kitabının "Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Materyaller" bölümünde listelenen alternatif kapiller olmayan gerçek zamanlı qPCR cihazları ve alternatif reaktiflerle birlikte, ilgili kullanım talimatlarına uyararak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Etkilenen <i>ipsogen</i> ürünü Kat. No.	Etkilenen <i>ipsogen</i> ürün Adı
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Sizinle ve laboratuvarınızla olan ilişkimize çok değer veriyoruz ve Roche tarafından gerçekleştirilen bu durdurmanın neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Önerilen alternatifin sizin için faydalı olmasını umuyoruz.

Saygılarımızla,

QIAGEN

www.qiagen.com

Ticari Markalar: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*®(QIAGEN Group). Bu belgede geçen tescilli adlar, ticari markalar vb. açıkça bu şekilde belirtilmemiş olsa bile yasalarda korunmaktadır.

1136258TR 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, tüm hakları saklıdır.