

Σημαντική σημείωση

Κατάργηση από τη Roche του LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, αρ. κατ. 04535286001) και του LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, αρ. κατ. 03515567001)

Αγαπητέ πελάτη,

Μπορεί να έχετε ενημερωθεί από τη Roche σχετικά με την κατάργηση προϊόντος που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 31^η Δεκεμβρίου 2024 για το LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, αρ. κατ. 04535286001) και το LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, αρ. κατ. 03515567001).

Αυτή η κατάργηση επηρεάζει αποκλειστικά τα προϊόντα *ipsogen*® (παράτιθενται στον παρακάτω πίνακα), τα οποία χρησιμοποιούνται με τα τριχοειδή όργανα qPCR πραγματικού χρόνου LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 και LightCycler 2.0 της Roche που δεν υποστηρίζονται πλέον ή δεν θα υποστηρίζονται από τη Roche μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

Εάν επηρεάζεστε από την κατάργηση αυτή, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τα αναφερόμενα προϊόντα *ipsogen* με εναλλακτικά μη τριχοειδή όργανα qPCR πραγματικού χρόνου και εναλλακτικά αντιδραστήρια που αναφέρονται στην ενότητα «Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται» του αντίστοιχου εγχειριδίου, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

Αρ. κατ. επηρεαζόμενου προϊόντος <i>ipsogen</i>	Όνομα επηρεαζόμενου προϊόντος <i>ipsogen</i>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE

673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE
673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbc1 Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc1 Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc1 Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Εκτιμούμε πολύ τη σχέση μας με εσάς και το εργαστήριό σας και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει αυτή η κατάργηση προϊόντος από τη Roche. Ελπίζουμε ότι η προτεινόμενη εναλλακτική λύση θα σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση,

QIAGEN

www.qiagen.com