

Novembro de 2024

Nota importante

A Roche descontinuou o LightCycler TaqMan Master (mistura principal de PCR 5x) (Roche, n.º de cat. 04535286001) e o LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (mistura principal 5x) (Roche, n.º de cat. 03515567001)

Estimado cliente,

Pode ter sido informado pela Roche sobre a descontinuação do LightCycler TaqMan Master (mistura principal de PCR 5x) (Roche, n.º de cat. 04535286001) e do LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (mistura principal 5x) (Roche, n.º de cat. 03515567001), com entrada em vigor a 31 de dezembro de 2024.

Esta descontinuação afeta apenas os produtos *ipsogen*® (indicados na tabela abaixo), utilizados com os instrumentos capilares de qPCR em tempo real da Roche LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 e LightCycler 2.0, que já não são suportados ou deixarão de ser suportados pela Roche após 31 de dezembro de 2024.

Se for um dos utilizadores afetados pela descontinuação, poderá continuar a utilizar os produtos *ipsogen* indicados com instrumentos de qPCR em tempo real não capilares alternativos e reagentes alternativos indicados na secção "Materiais necessários, mas não fornecidos" do respetivo manual, seguindo as respetivas instruções de utilização relacionadas.

N.º de catálogo do produto <i>ipsogen</i> afetado	Nome do produto <i>ipsogen</i> afetado
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE

673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE
673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFB-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Valorizamos muito a nossa relação consigo e o seu laboratório e pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por esta descontinuação da Roche. Esperamos que a alternativa proposta seja útil.

Com os melhores cumprimentos,

QIAGEN

www.qiagen.com