

## Viktigt meddelande

Roche avvecklar LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat.nr 04535286001) och LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Masterblandning 5x) (Roche, kat. nr 03515567001)

Bästa kund,

Du kan ha blivit informerad av Roche om avvecklingen av LightCycler TaqMan Master (Masterblandning PCR 5x) (Roche, kat.nr 04535286001) och LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) som trädde i kraft den 31 december 2024 (Roche, kat. nr 03515567001).

Detta avveckling påverkar endast *ipsogen*®-produkterna (anges i tabellen nedan), som används med Roche realtids qPCR-kapillärinstrument LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 och LightCycler 2.0 som inte längre stöds eller inte längre kommer att stödjas av Roche efter 31 december 2024.

Om du påverkas av avvecklingen kan du fortfarande använda de angivna *ipsogen*-produkterna med alternativa icke-kapillära realtids-qPCR-instrument och alternativa reagenser som anges i avsnittet "Material som krävs men inte tillhandahålls" i respektive handbok, enligt deras relaterade bruksanvisningar.

Berörd <i>ipsogen</i> -produkt, kat. nr	Berört <i>ipsogen</i> -produktnamn
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbc Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Vi värdesätter vår relation med dig och ditt laboratorium väldigt mycket och vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna avveckling av Roche kan orsaka. Vi hoppas att det föreslagna alternativet kommer att vara användbart för dig.

Med vänliga hälsningar,

QIAGEN

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)