

Važna napomena

Roche ukida proizvode LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. br. 04535286001) i LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. br. 03515567001)

Cijenjeni kupci,

društvo Roche možda vas je obavijestilo o ukidanju svojih proizvoda LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. br. 04535286001) i LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. br. 03515567001), koje stupa na snagu 31. prosinca 2024.

To ukidanje utječe isključivo na proizvode *ipsogen*® (navedene u tablici u nastavku), koji se upotrebljavaju s kapilarnim instrumentima društva Roche za qPCR u stvarnom vremenu LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 i LightCycler 2.0 koje Roche više ne podržava ili ih više neće podržavati nakon 31. prosinca 2024.

Ako to ukidanje utječe na vas, i dalje se možete koristiti navedenim proizvodima *ipsogen* s alternativnim nekapilarnim instrumentima za qPCR u stvarnom vremenu i alternativnim reagensima navedenima u odjeljku „Materijali koji su potrebni, ali nisu isporučeni” odgovarajućeg priručnika, u skladu s pripadajućim uputama za uporabu.

Kat. br. zahvaćenog proizvoda <i>ipsogen</i>	Naziv zahvaćenog proizvoda <i>ipsogen</i>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE
673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE

672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Izrazito cijenimo svoj odnos s vama i vašim laboratorijem i ispričavamo se zbog neugodnosti koje bi ovo ukidanje proizvoda društva Roche moglo prouzročiti. Nadamo se da će vam predložena alternativa biti korisna.

Srdačan pozdrav

QIAGEN

www.qiagen.com

Zaštitni znakovi: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (QIAGEN Group). Registrirani nazivi, zaštitni znakovi itd. upotrijebljeni u ovom dokumentu, čak i ako nisu posebno označeni kao takvi, ne smiju se smatrati zakonski nezaštićenima.
1136258HR 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, sva prava pridržana.