

Belangrijke opmerking

Roche stopt met LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, cat.nr. 04535286001) en LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, cat. nr. 03515567001)

Geachte klant,

Roche heeft u mogelijk geïnformeerd over de stopzetting per 31 december 2024 van hun LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, cat.nr. 04535286001) en LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, cat.nr. 03515567001).

Deze stopzetting heeft uitsluitend betrekking op de *ipsogen*®-producten (vermeld in onderstaande tabel) die worden gebruikt met de Roche realtime qPCR-capillaire instrumenten LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 en LightCycler 2.0. Deze worden niet langer ondersteund of zullen na 31 december 2024 niet langer door Roche worden ondersteund.

Als u last heeft van de stopzetting, kunt u de vermelde *ipsogen*-producten nog steeds gebruiken met alternatieve niet-capillaire realtime qPCR-instrumenten en alternatieve reagentia die vermeld staan in het gedeelte 'Benodigde maar niet meegeleverde materialen' van de betreffende handleiding, waarbij u de bijbehorende gebruiksinstructies in acht neemt.

Betrokken <i>ipsogen</i> -product cat. nr.	Betrokken <i>ipsogen</i> -productnaam
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Wij hechten veel waarde aan onze relatie met u en uw laboratorium en bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat deze stopzetting van Roche voor u veroorzaakt. Wij hopen dat u tevreden bent met het voorgestelde alternatief.

Met vriendelijke groet,

QIAGEN

www.qiagen.com

Handelsmerken: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (QIAGEN Group). Gedeponeerde namen, handelsmerken, etc. die in dit document worden gebruikt, ook al zijn deze niet specifiek als zodanig aangeduid, mogen niet worden beschouwd als niet wettelijk beschermd.
1136258NL 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, alle rechten voorbehouden.