

Viktig merknad

Roche avvikler produksjonen av LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat.nr. 04535286001) og LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat.nr. 03515567001).

Kjære kunde

Du har kanskje blitt informert av Roche om at LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat.nr. 04535286001) og LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat.nr. 03515567001) vil bli trukket fra markedet fra og med 31. desember 2024.

Dette vil bare påvirke *ipsogen*®-produktene (oppført i tabellen nedenfor), brukt med Roche sanntids qPCR kapillærinstrumenter LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 og LightCycler 2.0 som ikke lenger støttes, eller som ikke lenger vil bli støttet av Roche etter 31. desember 2024.

Hvis du er berørt av dette, kan du fortsatt bruke de opplistede *ipsogen*-produktene med alternative ikke-kapillære sanntids qPCR-instrumenter og alternative reagenser som er oppført i delen «Nødvendige materialer som ikke følger med» i den respektive håndboken, etter deres relaterte instruksjoner for bruk.

Kat.nr. til berørt <i>ipsogen</i> -produkt	Navn på berørt <i>ipsogen</i> -produkt
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE
673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE

672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFB-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Vi setter stor pris på vårt forhold til deg og laboratoriet ditt, og vi beklager de ulempene som denne produktavviklingen fra Roche kan medføre. Vi håper at du vil finne det foreslåtte alternativet nyttig.

Vennlig hilsen

QIAGEN

www.qiagen.com

Varemerker: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (QIAGEN Group). Registrerte navn, varemerker osv. som brukes i dette dokumentet skal ikke betraktes som ubeskyttet av lov, selv om de ikke spesifikt er merket som dette.
1136258NB 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, med enerett.