

Důležitá poznámka

Společnost Roche ukončí prodej produktů LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. č. 04535286001) a LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. č. 03515567001)

Vážený zákazníku,

společnost Roche vás pravděpodobně informovala o ukončení prodeje svých produktů LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. č. 04535286001) a LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. č. 03515567001) s platností od 31. prosince 2024

Toto ukončení se týká výhradně produktů *ipsogen*® (uvedených níže v tabulce), používaných s kapilárními přístroji Roche pro qPCR v reálném čase LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 a LightCycler 2.0, které již nejsou nebo nebudou podporovány společností Roche po 31. prosinci 2024.

Pokud se vás toto ukončení týká, můžete uvedené produkty *ipsogen* stále používat s alternativními nekapilárními přístroji qPCR v reálném čase a alternativními reagensy uvedenými v části „Požadované, ale nedodávané materiály“ příslušné příručky, a to podle příslušných návodů k použití.

Dotčený produkt <i>ipsogen</i> kat. č.	Název dotčeného produktu <i>ipsogen</i>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522 673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE <i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022 673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CFBF-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Velmi si vážíme našich vztahů s vámi a vaší laboratoří a omlouváme se za veškeré nepříjemnosti, které toto ukončení prodeje společnosti Roche může způsobit. Doufáme, že navržená alternativa pro vás bude užitečná.

S přátelským pozdravem

QIAGEN

www.qiagen.com

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (QIAGEN Group). Registrované názvy, ochranné známky atd. použité v tomto dokumentu, a to i v případě, že takto nejsou výslovně označeny, nejsou považovány za nechráněné zákonem.
1136258CS 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.