

Pomembno obvestilo

Ukinitev proizvodnje izdelkov LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. št. 04535286001) in LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. št. 03515567001) družbe Roche

Cenjena stranka,

družba Roche vas je morda obvestila, da bo z 31. decembrom 2024 ukinila proizvodnjo izdelkov LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. št. 04535286001) in LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. št. 03515567001).

Ta ukinitev vpliva izključno na izdelke *ipsogen*® (navedene v spodnji preglednici), ki se uporabljajo s kapilarnimi instrumenti Roche za qPCR v realnem času LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 in LightCycler 2.0, ki niso več podprti ali jih družba Roche ne bo več podpirala po 31. decembru 2024.

Če vas je ukinitev prizadela, lahko še vedno uporabljate navedene izdelke *ipsogen* z alternativnimi nekapilarnimi instrumenti za qPCR v realnem času in alternativnimi reagenti, navedenimi v razdelku »Potrebna oprema, ki ni vključena v dobavo« v ustreznem priročniku, pri čemer upoštevate njihova povezana navodila za uporabo.

Kat. št. prizadetega izdelka <i>ipsogen</i>	Ime prizadetega izdelka <i>ipsogen</i>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE

673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFB-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Zelo cenimo naš odnos z vami in vašim laboratorijem ter se opravičujemo za morebitne nevednosti, ki jih bo morda povzročila ukinitve proizvodnje izdelkov s strani družbe Roche. Upamo, da vam bo predlagana alternativna možnost koristila.

Lep pozdrav,
QIAGEN
www.qiagen.com

Blagovne znamke: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (skupina QIAGEN). V tem dokumentu uporabljena registrirana imena, blagovne znamke itd. se ne smejo šteti kot nezaščitene z zakonom, čeprav niso izrecno označene kot takšne.
1136258SL 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, vse pravice pridržane.