

Março de 2015

artus® HSV-1/2 TM PCR Kit

Manual de Instruções



24 (Catálogo Nr. 4500163)



96 (Catálogo Nr. 4500165)

Diagnóstico in vitro quantitativo

Para utilização com os equipamentos

ABI PRISM® 7000, 7700 e 7900HT Sequence Detection Systems

Versão 1



4500163, 4500165



1046890PT



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ALEMANHA

R2

MAT

1046890PT



Sample & Assay Technologies

QIAGEN Sample and Assay Technologies

A QIAGEN é o principal fornecedor de tecnologias inovadoras de amostragem e ensaio, permitindo o isolamento e a deteção do conteúdo de qualquer amostra biológica. Os avançados produtos e serviços de elevada qualidade da nossa empresa garantem o sucesso desde a amostra ao resultado.

A QIAGEN é uma empresa de referência em matéria de:

- Purificação de ADN, ARN e proteínas
- Ensaios de ácidos nucleicos e proteínas
- Investigação em microARN e ARNi
- Automatização de tecnologias de amostragem e ensaio

A nossa missão permitir-lhe-á alcançar o sucesso, bem como resultados notáveis. Para mais informações, visite www.qiagen.com.

Índice

1. Conteúdo	5
2. Conservação.....	6
3. Materiais e aparelhos necessários adicionalmente.....	6
4. Medidas gerais de segurança	7
5. Informações acerca do agente patogénico	7
6. Princípio da PCR em Tempo Real (Real-Time PCR)	8
7. Descrição do produto.....	8
8. Protocolo	10
8.1 Isolamento de ADN	10
8.2 Controlo interno	14
8.3 Quantificação.....	16
8.4 Preparação da PCR.....	17
8.5 Programação dos ABI PRISM SDS.....	22
9. Análise dos dados	33
10. Resolução de problemas.....	40
11. Especificações	42
11.1 Sensibilidade analítica	42
11.2 Especificidade.....	45
11.3 Precisão	46
11.4 Robustez.....	49
11.5 Reprodutibilidade	49

11.6 Avaliação diagnóstica	49
12. Indicações especiais sobre a utilização do produto	50
13. Avisos e precauções	50
14. Controlo de qualidade	50
15. Referências bibliográficas	50
16. Descrição dos símbolos	51

artus HSV-1/2 TM PCR Kit

Para utilização com os ABI PRISM 7000 e 7900HT Sequence Detection Systems.

Atenção: O artus HSV-1/2 TM PCR Kit não pode ser utilizado em conjunto com o GeneAmp® 5700 SDS , nem com o ABI PRISM 7700 e nem com o ABI PRISM 7900HT SDS com placas de formato 384.

1. Conteúdo

	Título e conteúdo	NºArt. 4500163 24 reacções	NºArt. 4500165 96 reacções
Azul	HSV TM Master	2 x 12 rxns	8 x 12 rxns
Amarelo	HSV TM Mg-Sol [‡]	1 x 1.200 µl	1 x 1.200 µl
Vermelho	HSV1 LC/RG/TM QS 1 [‡] 1×10^4 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV1 LC/RG/TM QS 2 [‡] 1×10^3 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV1 LC/RG/TM QS 3 [‡] 1×10^2 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV1 LC/RG/TM QS 4 [‡] 1×10^1 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV2 LC/RG/TM QS 1 [‡] 1×10^4 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV2 LC/RG/TM QS 2 [‡] 1×10^3 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV2 LC/RG/TM QS 3 [‡] 1×10^2 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Vermelho	HSV2 LC/RG/TM QS 4 [‡] 1×10^1 cop/µl	1 x 200 µl	1 x 200 µl
Verde	HSV TM IC [‡]	1 x 1.000 µl	2 x 1.000 µl
Branco	Water (PCR grade)	1 x 1.000 µl	1 x 1.000 µl

[‡] QS = Padrão de quantificação

IC = Controlo interno

Mg-Sol = Solução de magnésio

2. Conservação

Os componentes do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* são conservados entre –30 e –15 °C e devem ser utilizados antes do fim da data de validade indicada no rótulo. A repetida descongelação e congelação (> 2 x) deve ser evitada, pois, devido a isto, a sensibilidade pode ser reduzida. No caso de utilização irregular os reagentes devem, por isso, ser divididos em alíquotas. Se houver a necessidade de conservar os componentes a +4°C, não se deve ultrapassar um período de cinco horas.

3. Materiais e aparelhos necessários

adicionalmente

- Luvas de laboratório isentas de pó
- Kit de isolamento de ADN (ver capítulo **8.1 Isolamento de ADN**)
- Pipetas (reguláveis)
- Pontas de pipetas estéreis com filtros
- Misturador vórtex
- Centrífuga de mesa com rotor para tubos de reacção de 2 ml
- Centrífuga com rotor para placas de microtitulação (opcional)
- Tubos/placas de reacção de 96 poços para medições ópticas com respectivos materiais de selagem ópticos (ver capítulo **8.4 Preparação da PCR**)
- Armação de suporte de 96 poços de duas peças para utilização de tubos de reacção ópticos (96-Well Tray/Retainer Set, Cat. Nº: 403 081), ver capítulo **8.4 Preparação da PCR**
- Almofada de compressão para utilização com folhas selantes ópticas (*Optical Cover Compression Pads*, Cat. Nº: 4 312 639), ver capítulo **8.4 Preparação da PCR**
- Aplicador para selagem das placas de reacção através da utilização de folhas selantes ópticas (*Adhesive Seal Applicator Kit*, Cat. Nº: 4 333 183)
- *ABI PRISM 7000 ou 7900HT SDS*

Atenção: Antes de colocar o aparelho em funcionamento, é necessário realizar uma calibração dos corantes (*Pure Spectra Component File*) e do fundo (*Background Component File*).

4. Medidas gerais de segurança

O utilizador deve ter sempre em atenção o seguinte:

- Utilizar pontas de pipetas estéreis com filtros.
- Armazenar; purificar e acrescentar à reacção os materiais positivos (amostras, controlos, produtos de amplificação) separados fisicamente dos restantes reagentes.
- Antes de iniciar o teste, descongelar totalmente todos os componentes à temperatura ambiente.
- Em seguida, misturar completamente e centrifugar brevemente os componentes.
- Trabalhar rapidamente em gelo ou num bloco de refrigeração.

5. Informações acerca do agente patogénico

O vírus Herpes-simplex (HSV) é encontrado nos líquidos da vesícula herpética, na saliva e na secreção vaginal e transmitido através de contacto direto assim como através de relações sexuais e durante o parto. Na maioria das doenças provocadas pelo HSV, dominam os sintomas de vesículas na pele e nas mucosas (boca e genitais). A infecção pelo HSV pode ocorrer como infecção primária, que evolui em mais de 90 % dos casos de forma assintomática, ou como recidiva. Dentre as infecções primárias provocadas sobretudo pelo HSV-1, fazem parte a gengivoestomatite, o eczema herpético, a queratoconjuntivite e a encefalite. Infecções primárias provocadas pelo HSV-2 podem manifestar-se como vulvovaginite, como meningite e como herpes generalizada de recém-nascidos. Como recidiva, a infecção conduz geralmente à formação de vesículas na região genital e nasolabial. Classificadas como perigosas são as recidivas da queratoconjuntivite e da meningite.

6. Princípio da PCR em Tempo Real (Real-Time PCR)

No diagnóstico por meio de reacção de polimerização em cadeia (PCR), são amplificadas regiões específicas do genoma do agente patogénico. A detecção do material amplificado efectua-se com a ajuda de corantes fluorescentes na PCR em Tempo Real. Estes estão acoplados geralmente a sondas oligonucleotídicas que se ligam especificamente ao material amplificado pela PCR. A detecção das intensidades de fluorescência no decorrer da PCR em Tempo Real possibilita a detecção e a quantificação dos produtos sem ter que voltar a abrir os tubos de amostras depois de concluída a PCR (Mackay, 2004).

7. Descrição do produto

O artus HSV-1/2 TM PCR Kit é um sistema pronto a utilizar para a detecção e a diferenciação de ADN dos Herpex simplex Virus-1 e -2 através da reacção de polimerização em cadeia (PCR) no ABI PRISM 7000 e 7900HT Sequence Detection System. A HSV TM Master contém os reagentes e enzimas para a amplificação específica de uma região de 148 pb do genoma do Herpex simplex Virus. A detecção do material amplificado ocorre através da medição de FAM fluorescência (HSV-1) e NED fluorescência (HSV-2) no ABI PRISM SDS. Ao mesmo tempo, o artus HSV-1/2 TM PCR Kit contém um segundo sistema heterólogo de amplificação para a comprovação de uma possível inibição da PCR. Este é detectado como um Controlo interno (IC) através da medição de fluorescência VIC. O limite de detecção da PCR analítica do HSV não é reduzido (ver capítulo **11.1 Sensitividade analítica**). São fornecidos controlos positivos externos (HSV1 LC/RG/TM QS 1 – 4 & HSV2 LC/RG/TM QS 1 – 4) que permitem a determinação da carga de agente patogénico (ver capítulo **8.3 Quantificação**).

8. Protocolo

8.1 Isolamento de ADN

Os kits de isolamento de ADN podem ser fornecidos por diversos fabricantes.

Em função do protocolo do fabricante seleccionado, recolha o volume de amostra indicado para a purificação e efectue o isolamento de ADN conforme as instruções do fabricante. Os seguintes kits de isolamento são recomendados:

Material de Amostra	Kit de Purificação	Número de Catálogo	Fabricante	Carrier-ARN
Soro, plasma, líquido céfalo-raquidiano, raspagens	QIAamp® UltraSens® Virus Kit (50)	53704	QIAGEN	contém
	QIAamp DNA Mini Kit (50)	51304	QIAGEN	não contém
LCR (líquido cefalorraquidiano)	EZ1® DSP Virus Kit (48)*	62 724	QIAGEN	contém

*Para ser usado em combinação com o BioRobot® EZ1 DSP Workstation (Cat. No. 9001360) e com o EZ1 DSP Virus Card (Cat. No. 9017707).

Nota importante para o uso do QIAamp UltraSens Virus Kit e do QIAamp DNA Mini Kit:

- A adição de **Carrier-ARN** é de grande importância para a eficiência e, com isso, para o rendimento do ADN/ARN. Caso o kit de isolamento utilizado não contenha Carrier-ARN, recomenda-se, imprescindivelmente, a adição de Carrier-ARN (RNA-Homopolymer Poly(A), Amersham Biosciences, Cat. No. 27-4110-01) para a extração dos ácidos nucleicos de líquidos biológicos sem células ou de materiais com pequena quantidade de ADN/ARN (p. ex. líquido cefalorraquidiano). Por favor, siga as seguintes instruções:
 - a) Para isso, ressuspenda o Carrier-ARN liofilizado em tampão de eluição (não em tampão de lise) do kit de isolamento (p. ex. tampão

AE do QIAamp DNA Mini Kit) e crie uma diluição com uma concentração de 1 µg/µl. De acordo com a quantidade exigida, divida a solução de Carrier-ARN em alíquotas que devem ser armazenadas a -20°C. Evite a repetida descongelação (> 2 x) de uma alíquota de Carrier-ARN.

- b) Por purificação, deve ser adicionado 1 µg de Carrier-ARN por 100 µl de tampão de lise. Se o protocolo de extracção prevê por exemplo 200 µl de tampão de lise por amostra purificada, então adicione 2 µl do Carrier-ARN (1 µg/µl) directamente ao tampão de lise. Antes de iniciar qualquer purificação deve ser feita uma mistura nova de tampão de lise e Carrier-ARN (e se for o caso *Controlo interno*, ver capítulo **8.2 Controlo interno**) de acordo com o seguinte esquema de pipetagem.

Número de amostras	1	12
Tampão de lise	p. ex. 200 µl	p. ex. 2.400 µl
Carrier-ARN (1 µg/µl)	2 µl	24 µl
Volume Total	202 µl	2.424 µl
Volume para a purificação	200 µl	cada 200 µl

- c) Utilize a mistura de tampão de lise e Carrier-ARN para a purificação logo após a preparação. Não é possível conservar a mistura.

- A adição de **Carrier-ARN** é de grande importância para a eficiência e com isso para o rendimento do ADN/ARN. Para obter uma estabilidade maior do Carrier-ARN QIAamp UltraSens Virus Kit fornecido, recomendamos o procedimento a seguir, diferente do indicado nas instruções do kit de isolamento:
 - a. Antes da primeira utilização do kit de isolamento, ressuspenda o Carrier-ARN liofilizado em 310 µl de tampão AE ou AVE (tampão de eluição, concentração final 1 µg/µl, não utilizar tampão de lise) e, de acordo com a quantidade exigida, divida esta solução de Carrier-ARN em alíquotas que devem ser armazenadas a -20°C. Evite a repetida descongelação (> 2 x) de uma alíquota de Carrier-ARN.
 - b. Antes de iniciar qualquer purificação deve ser feita uma mistura nova de tampão de lise e Carrier-ARN (e, se for o caso *Controlo interno*, ver capítulo **8.2 Controlo interno**) de acordo com o seguinte esquema de pipetagem.

Número de amostras	1	12
Tampão de lise AC	800 µl	9600 µl
Carrier-ARN (1 µg/µl)	5,6 µl	67,2 µl
Volume Total	805,6 µl	9667,2 µl
Volume para a purificação	800 µl	cada 800 µl

c. Utilize a mistura de tampão de lise e Carrier-ARN para a purificação logo após o preparo. Não é possível conservar a mistura

- Através da utilização do **QIAamp UltraSens Virus Kit**, pode-se obter uma concentração da amostra. Se a amostra não se tratar de um soro ou de plasma, então adicione no mínimo 50 % (v/v) de plasma humano negativo à mesma.
- Nas purificações com tampões de lavagem que contêm **etanol**, efectuar sempre, antes da eluição, uma centrifugação adicional (três minutos, 13.000 rpm) para a eliminação dos resíduos de etanol. Isto evita possíveis inibições da PCR.
- O *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* não deverá ser utilizado em conjunto com procedimentos de purificação que utilizam **fenol** como base.

Nota importante para o uso do EZ1 DSP Virus Kit:

- O uso de **Carrier-ARN** é crítico para a extração eficiente e, consequentemente, para o rendimento AND/ARN. Por favor adicione a quantia apropriada de Carrier-ARN para cada extração de acordo com as instruções no manual *EZ1 DSP Virus Kit Handbook*.

Importante: O Controlo interno do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* pode ser adicionado directamente na fase de purificação (ver capítulo **8.2 Controlo interno**).

8.2 Controlo interno

É fornecido um Controlo interno (HSV TM IC) com o qual se tem a possibilidade de controlar **não só a purificação do ADN como também uma possível inibição da PCR** (ver Fig. 1). Usando o EZ1 DSP Virus Kit para extração, o Controlo interno deve ser adicionado de acordo com as instruções no manual *EZ1 DSP Virus Kit Handbook*. Usando o QIAamp UltraSens VirusKit ou o QIAamp DNA Mini Kit, adicione o Controlo interno numa relação de 0,1 µl por 1 µl do volume de eluição na purificação. Se utilizar, por exemplo, o QIAamp DNA Mini Kit e eluir o ADN em 200 µl de tampão AE, então adicione 20 µl de Controlo interno. Se, p. ex., eluir em 100 µl, então adicione respectivamente 10 µl. A quantidade de Controlo interno acrescentada depende **apenas** do volume de eluição. O Controlo interno e eventualmente o Carrier-ARN (ver capítulo 8.1 Isolamento de ADN) podem ser acrescentados apenas a

- uma mistura de tampão de lise e amostra ou
- directamente ao tampão de lise

O Controlo interno não pode ser adicionado directamente à amostra. Ter em atenção que a mistura do Controlo interno com o tampão de lise/Carrier-ARN deverá ser utilizada logo após ser preparada. A conservação da mistura à temperatura ambiente ou no frigorífico pode em poucas horas desactivar o Controlo interno e diminuir a eficiência da purificação. **Não** pipetar o Controlo interno e o Carrier-ARN directamente na amostra.

O Controlo interno pode ser utilizado, opcionalmente, **exclusivamente para o controlo de uma possível inibição da PCR** (ver Fig. 2). Para isso, adicione, para cada preparação, 2 µl de Controlo interno e 10 µl de HSV TM Mg-Sol directamente a 20 µl de HSV TM Master. Utilize para cada reacção de PCR 30 µl da Master Mix^{*} desta forma produzida e adicione, em seguida, 20 µl de amostra purificada. Se tiver que preparar um ensaio com várias amostras, então aumente as quantidades necessárias de HSV TM Master, de HSV TM Mg-Sol e de Controlo interno proporcionalmente ao número de amostras (ver capítulo **8.4 Preparação da PCR**).

^{*} O aumento de volume causado através da adição do Controlo interno é desprezável na preparação da reacção de PCR. A sensibilidade do sistema de detecção não é afectada.

8.3 Quantificação

Os Padrões de quantificação fornecidos (HSV1 LC/RG/TM QS 1 – 4 e HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4) são tratados como uma amostra purificada e utilizados no mesmo volume (20 µl). Para criar uma curva padrão num *ABI PRISM Sequence Detection System*, utilize tanto para o HSV-1 quanto para o HSV-2 todos os quatro Padrões de quantificação fornecidos, defina-os como padrões e introduza as concentrações indicadas (ver capítulo **8.5 Programação do ABI PRISM SDS**). Não é possível importar curvas padrões de ensaios anteriores com o software dos *ABI PRISM 7000* e *7900HT SDS*.

Atenção: Os Padrões de quantificação são definidos em cópias/µl. Para a conversão dos valores, apurados com base na curva padrão em cópias/ml de amostra, deve-se utilizar a seguinte fórmula:

$$\text{Resultado (cópias/ml)} = \frac{\text{Resultado (cópias/µl)} \times \text{Volume de eluição (µl)}}{\text{Volume de amostra (ml)}}$$

Ter em atenção que sempre deverá ser introduzido na fórmula o volume inicial. Isto deve ser considerado quando o volume da amostra for alterado antes da purificação dos ácidos nucleicos (p. ex.: redução através da centrifugação ou aumento através do complemento do volume recomendado para a purificação).

Importante: Para facilitar a análise quantitativa dos dados do sistema *artus* no *ABI PRISM 7000 SDS*, encontra-se em www.qiagen.com/Products/ByLabFocus/MDX um guia (*Technical Note for quantitation on the ABI PRISM 7000 SDS*).

8.4 Preparação da PCR

Preparar para as reacções planeadas a quantidade necessária de tubos de reacção ou uma placa de reacção de 96 poços. Na tabela seguinte, encontram-se listados os materiais aconselhados:

Artigo	Designação	Número de Catálogo	Fabri-cante	Armação de Suporte*	Almofada de Compressão
Placas de reacção ópticas de 96 poços	96-Well Optical Reaction Plate	4 306 737	Applied Biosystems	não	-
Folhas selantes ópticas	Optical Adhesive Covers	4 311 971	Applied Biosystems	-	sim
Tubos de reacção ópticos	ABI PRISM Optical Tubes, 8 Tubes/Strip	4 316 567	Applied Biosystems	sim	-
Tubos de reacção ópticos	MicroAmp® Optical Tubes	N8010933	Applied Biosystems	sim	-
Tampas ópticas (planas)	ABI PRISM Optical Caps, 8 Caps/Strip	4 323 032	Applied Biosystems	-	não

Ao preparar a PCR, certifique-se de que sejam introduzidos, por ensaio de PCR, no mínimo um Padrão de quantificação, assim como um controlo negativo (Water, PCR grade). Para a criação de uma curva padrão, por favor utilizar, por ensaio de PCR, todos os Padrões de quantificação fornecidos (HSV1 LC/RG/TM QS 1 – 4 & HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4). Todos os reagentes devem ser totalmente descongelados à temperatura ambiente, bem misturados (pipetando para cima e para baixo várias vezes ou misturando brevemente no vórtex) e em seguida centrifugados antes do início do teste.

Se desejar controlar, com o Controlo interno, não só a purificação como também uma possível inibição da PCR, o Controlo interno já deverá ter sido introduzido previamente na fase de purificação (ver capítulo

* Ao utilizar a armação de suporte de duas peças, é necessário abrir os tubos de reacção na introdução e na remoção dos mesmos. Para evitar contaminações devido a isto, utilize exclusivamente a parte inferior da armação de suporte.

8.2 Controlo interno). Neste caso, utilize o seguinte esquema de pipetagem (ver também esquema reproduzido na Fig. 1):

	Quantidade de Amostras	1	12
1. Preparação da Master Mix	HSV TM Master	20 µl	240 µl
	HSV TM Mg-Sol	10 µl	120 µl
	HSV TM IC	0 µl	0 µl
	Volume Total	30 µl	360 µl
2. Preparação da Reacção de PCR	Master Mix	30 µl	cada 30 µl
	Amostra	20 µl	cada 20 µl
	Volume Total	50 µl	cada 50 µl

Se desejar utilizar o **Controlo interno exclusivamente para o controlo de uma inibição da PCR**, então adicione-o directamente à HSV TM Master. Neste caso, utilize o seguinte esquema de pipetagem (ver também esquema reproduzido na Fig. 2):

	Quantidade de Amostras	1	12
1. Preparação da Master Mix	HSV TM Master	20 µl	240 µl
	HSV TM Mg-Sol	10 µl	120 µl
	HSV TM IC	2 µl	24 µl
	Volume Total	32 µl*	384 µl*
2. Preparação da reacção de PCR	Master Mix	30 µl*	cada 30 µl*
	Amostra	20 µl	cada 20 µl
	Volume Total	50 µl	cada 50 µl

Pipete 30 µl da Master Mix para cada tubo de reacção de PCR ou em cada poço da placa de reacção de 96 poços. Em seguida, adicione 20 µl de eluído do isolamento de ADN. Certifique-se de que ambas as soluções sejam bem misturadas, pipetando para cima e para baixo várias vezes. Tape os tubos de reacção (poços) com as tampas correspondentes ou, ao utilizar uma placa de reacção de 96 poços, como alternativa, tape-as com a ajuda de folhas selantes ópticas (Optical Adhesive Covers). Para concentrar o volume de

* O aumento de volume causado através da adição de Controlo interno é desprezável na preparação da reacção de PCR. A sensibilidade do sistema de detecção não é afectada.

reacção preparado no fundo dos tubos ou das placas, centrifugue os tubos de reacção (em um suporte de conservação concebido para tubos de PCR) ou a placa de reacção de 96 poços numa centrífuga com rotor para placas de microtitulação durante 30 segundos a 1.780 x g (4.000 rpm). Caso não disponha de uma centrífuga deste género ao preparar as reacções de PCR, certifique-se então de que, assim como a Master Mix, também o volume de amostras seja pipetado no fundo dos tubos de reacção ou no fundo das unidades de reacção (poços). Armazene as reacções preparadas a +4°C até o instrumento *ABI PRISM SDS* estar programado (ver capítulo **8.5 Programação do ABI PRISM SDS**) e, em seguida, transporte-os para o aparelho.

Atenção:

- Ao utilizar tubos de reacção ópticos em combinação com tampas ópticas, coloque sempre uma armação de suporte (96-Well Tray/Retainer Set) no instrumento (*ABI PRISM 7000* e *7900HT SDS*). Na utilização da armação de suporte de duas peças, é necessário abrir os tubos de reacção na introdução e na remoção dos mesmos. Para evitar contaminações causadas por este motivo, utilize exclusivamente a parte inferior da armação de suporte.
- A utilização de placas de reacção ópticas de 96 poços em combinação com folhas selantes ópticas requer a utilização de uma almofada de compressão (*Optical Cover Compression Pads*).

Adição do Controlo interno para a purificação




Fig. 1 : Fluxo esquemático da operação para o controlo da purificação e da inibição da PCR.

*

Em cada passo de pipetagem, certifique-se, sempre, de que as soluções a serem utilizadas tenham sido totalmente descongeladas, bem misturadas e brevemente centrifugadas.

Adição do Controlo interno para o artus Master




Fig. 2: Fluxo esquemático da operação para o controlo da inibição da PCR.

*

Em cada passo de pipetagem, certifique-se, sempre, de que as soluções a serem utilizadas tenham sido totalmente descongeladas, bem misturadas e brevemente centrifugadas.

8.5 Programação dos ABI PRISM SDS

O software dos *ABI PRISM 7000 e 7900HT Sequence Detection Systems (SDS)* necessita de algumas informações adicionais antes do início do ensaio de PCR. Os modos de procedimento na programação dos aparelhos divergem consideravelmente uns dos outros, razão pela qual estes são tratados, a seguir, em capítulos separados.

8.5.1 Programação do ABI PRISM 7000 SDS

Para a detecção de ADN do HSV, crie um perfil no seu *ABI PRISM 7000 SDS* de acordo com os seis seguintes passos (8.5.1.1- 8.5.1.6). Todas as especificações estão relacionadas com a versão 1.0.1 do software do *ABI PRISM 7000 SDS*. Para maiores informações sobre a programação do *ABI PRISM 7000 SDS*, consulte o *ABI PRISM 7000 SDS User Guide*. Estas configurações estão destacadas nas figuras com caixa a negro.

8.5.1.1 Pré-definições para a criação de um novo ensaio de PCR

Seleccione no *ABI PRISM 7000 SDS* o item *New* do menu *File* e introduza ao novo documento os seguintes ajustes básicos (ver Fig. 3). Um *Template* gravado anteriormente (*SDS Template (*.sdt)*) encontra-se à sua disposição na lista de *Template* ou pode ser seleccionado através da função *Browse* (ver capítulo **8.5.1.5 Gravação do ensaio de PCR**). Confirme as suas definições (OK).




Fig. 3: Pré-definições para a criação de um novo ensaio de PCR (New Document).

8.5.1.2 Criação/Selecção dos detectores

Coordene ao documento os correspondentes corantes de detecção com a ajuda do submenu *Detector Manager*, que se encontra no menu *Tools*. Para a detecção de ADN do HSV, assim como do *Controlo interno*, com a ajuda do artus HSV-1/2 TM PCR Kit, devem ser definidos os Reporter/Quencher indicados na seguinte tabela:

Detecção	Reporter	Quencher
ADN do HSV-1	FAM	none
ADN do HSV-2	NED	none
Controlo interno (HSV TMIC)	VIC	none

Para a criação destes detectores, seleccione a opção *File* localizada em baixo, à esquerda, no *Detector Manager* e, a seguir, a opção *New*.




Fig. 4: Criação do detector específico do HSV-1 (*Detector Manager*).




Fig. 5: Criação do detector específico do HSV-2 (*Detector Manager*).




Fig. 6: Criação do detector específico do Controlo interno (Detector Manager) para HSV-1/HSV-2.

Para a detecção de ADN do HSV-1 ou do HSV-2, defina na janela que agora aparece (de acordo com Fig. 4 a Fig. 6) a combinação de Reporter/Quencher **FAM/none** ou **NED/none** e, para a detecção do Controlo interno, seleccione a combinação **VIC/none**. Ao confirmar as definições (OK), retornará ao *Detector Manager*. Marque os detectores que acabaram de ser criados e transfira cada selecção para *Well Inspector*, clicando na opção *Add to Plate Document* (ver Fig. 7). Feche a janela (Done).




Fig. 7: Selecção dos detectores (Detector Manager).

8.5.1.3 Correspondência das informações necessárias às posições das placas

Abra agora a opção *Well Inspector*, que se encontra no menu *View*, para reencontrar os detectores seleccionados anteriormente no capítulo 8.5.1.2 (ver Fig. 8 e Fig. 9).




Fig. 8: Correspondência das informações necessárias (HSV-1) às posições das placas (*Well Inspector*).




Fig. 9: Correspondência das informações necessárias (HSV-2) às posições das placas (*Well Inspector*).

Marque as posições das placas ocupadas para a detecção de ADN do HSV. Faça corresponder a estas posições os detectores seleccionados, activando com um clique a opção *Use* de ambos os detectores. Aparecerá um sinal de marcação. Para a denominação de cada preparação de reacção, seleccione a posição correspondente na placa e registe o nome em *Sample Name*. Considerar que reacções com o mesmo *Sample Name* e a mesma indicação

do detector são reconhecidos pelo Software como réplica e, de acordo com a sua carga de agente patogénico quantificada, é calculada a média. Selecione então para cada tipo de amostras a função correspondente (*Task*) de acordo com a seguinte tabela:

Tipo de Amostras	Função (<i>Task</i>)	Concentração (<i>Quantity</i>)	Reporter HSV-1	Quencher
Amostra	Unknown	-	FAM	none
Controlo negativo	NTC	-	FAM	none
Padrão	Standard	ver 1. Conteúdo	FAM	none

Para a criação de uma curva padrão, utilizar, por ensaio de PCR, todos os Padrões de quantificação fornecidos (HSV1 LC/RG/TM QS 1 – 4 e HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4) e introduza as concentrações correspondentes (ver capítulo 1. Conteúdo) para cada padrão (*Quantity*). Certifique-se de que, para um ensaio de PCR com o artus HSV-1/2 TM PCR Kit, o ROX seja regulado como referência passiva (Passive Reference). A distribuição uniforme do corante do ROX em todas as reacções da PCR de um lote, por meio da mistura da HSV TM Master, garante o reconhecimento e a compensação de variações tube-to-tube (diferenças de fluorescência entre diversas reacções da PCR) através do Sequence Detection Software (Normalização).

8.5.1.4 Criação do perfil de temperatura

Para a introdução do perfil de temperatura, troque no Software do nível *Setup* para o nível *Instrument*. Introduza o perfil de temperatura válido para a detecção de ADN do HSV de acordo com a Fig. 10. Para retirar o passo de 50°C gravado nas pré-definições, marque-o com a ajuda do botão esquerdo do rato, mantendo simultaneamente a tecla *Shift* pressionada e apague-o em seguida, utilizando a tecla *Backspace*. Certifique-se de que o volume de reacção esteja regulado em 50 µl. A opção *9600 Emulation* deve estar activada e as pré-definições do *Auto Increment* devem permanecer inalteradas (*Auto Increment*: 0.0°C, 0.0 Seconds).




Fig. 10: Criação do perfil de temperatura.

8.5.1.5 Gravação do ensaio de PCR

Agora, grave as definições introduzidas (Setup) como máscara, de modo que elas possam ser reutilizadas, seja na versão original ou com modificações. Através da gravação das definições como *SDS Template Document (*.sdt)*, na pasta *Template Directory* (Disco Local [C:]\Program Files\ABI PRISM 7000\Templates, criado pelo Applied Biosystems), é possível seleccionar este arquivo na lista Drop-down do *Template*, directamente na janela *New Document*. Modelos gravados noutras pastas têm que ser abertos através do *Browse*. Antes de iniciar o ensaio de PCR, certifique-se de que o mesmo seja regravado como *SDS Document (*.sds)*. Desta forma, o armazenamento dos dados obtidos no decurso da PCR é garantido.

8.5.1.6 Início do ensaio de PCR

Inicie o ensaio de PCR seleccionando a opção *Start* no item *Instrument* do menu ou o campo *Start* no nível *Instrument*.

8.5.2 Programação do ABI PRISM 7900HT SDS

Para a detecção de ADN do HSV, crie um perfil no seu *ABI PRISM 7900HT SDS* de acordo com os seis seguintes passos (8.5.2.1 - 8.5.2.6). Todas as especificações estão relacionadas com a versão 2.1 do software do *ABI PRISM 7900HT SDS*. Para maiores informações sobre a programação do *ABI PRISM 7900HT SDS*, consulte o *ABI PRISM 7900HT SDS User Guide*. Estas configurações estão destacadas nas figuras com caixa a negro.

8.5.2.1 Pré-definições para a criação de um novo ensaio de PCR

Seleccione no *ABI PRISM 7900HT SDS* o item *New* do menu *File* e introduza ao novo documento os seguintes ajustes básicos (ver Fig. 11). Um Template gravado anteriormente (*ABI PRISM SDS Template Document* [*.sdt]) encontra-se à sua disposição na lista de *Template* ou pode ser seleccionado através da função *Browse* (ver capítulo **8.5.2.5 Gravação do Ensaio de PCR**). Confirme as suas definições (*OK*).

Atenção: O *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* não pode ser utilizado com o sistema do *ABI PRISM 7900HT SDS* com placas de formato 384.




Fig. 11: Pré-definições para a criação de um novo ensaio de PCR (New Document).

8.5.2.2 Criação/Selecção dos detectores

Coordene ao documento os correspondentes corantes de detecção com a ajuda do submenu *Detector Manager*, que se encontra no menu *Tools* (alternativa: seleccionar nível *Setup* / função *Add Detector*). Para a detecção de ADN do HSV, assim como do *Controlo interno*, com o *artus HSV TM PCR Kit*, devem ser definidos os Reporter/Quencher indicados na seguinte tabela:

Detecção	Reporter	Quencher
ADN do HSV-1	FAM	Non Fluorescent
ADN do HSV-2	NED	Non Fluorescent
Controlo interno (HSV TMIC)	VIC	Non Fluorescent

Para a criação destes detectores, seleccione a opção *New*, localizada no *Detector Manager*, em baixo, à esquerda.




Fig. 12:Criação do detector específico do HSV-1 (Detector Manager).




Fig. 13:Criação do detector específico do HSV-2 (Detector Manager).




Fig. 14: Criação do detector específico do Controlo interno (Detector Manager) para HSV-1/HSV-2.

Para a detecção de ADN do HSV-1 ou HSV-2, defina na janela que agora aparece (de acordo com as Fig. 12 até 14) a combinação de Reporter/Quencher **FAM/Non Fluorescent ou NED/Non Fluorescent** e, para a detecção do Controlo interno, seleccione a combinação **VIC/Non Fluorescent**. Ao confirmar as definições (OK) retornará ao *Detector Manager*. Marque os detectores que acabaram de ser criados e transfira cada selecção para o nível *Setup*, clicando na opção *Copy to Plate Document* (ver Fig. 15). Feche a janela (*Done*).




Fig. 15: Selecção dos detectores (Detector Manager).

8.5.2.3 Correspondência das informações necessárias às posições das placas

Depois de fechar o *Detector Manager* (*Done*), voltará a encontrar os detectores seleccionados anteriormente no capítulo 8.5.2.2 no nível *Setup* (*Well Inspector*), listados numa tabela (ver Fig. 16 e 17).




Fig. 16: Correspondência das informações necessárias (HSV-1) às posições das placas.




Fig. 17: Correspondência das informações necessárias (HSV-2) às posições das placas.

Marque as posições das placas ocupadas para a detecção de ADN do HSV. Faça corresponder a estas posições os detectores seleccionados, activando com um clique a opção *Use* de ambos os detectores. Aparecerá um sinal de

marcação. Para a denominação de cada preparação de reacção, seleccione a posição correspondente na placa e registe o nome em *Sample Name*. Considerar que reacções com o mesmo *Sample Name* e a mesma indicação do detector são reconhecidos pelo Software como réplica e, de acordo com a sua carga de agente patogénico quantificada, é calculada a média. Seleccione então para cada tipo de amostras a função correspondente (*Task*) de acordo com a seguinte tabela:

Tipo de Amostras	Função (Task)	Concentração (Quantity)	Reporter HSV-1	Reporter HSV-2	Quencher
Amostra	Unknown	-	FAM	NED	Non Fluorescent
Control o	NTC	-	FAM	NED	Non Fluorescent
Padrão	Standard	ver 1. Conteúdo	FAM	NED	Non Fluorescent

Para a criação de uma curva padrão, por favor utilizar, por ensaio de PCR, todos os *Padrões de quantificação* fornecidos (*HSV1 LC/RG/TM QS 1 – 4* e *HSV2 LC/RG/TM QS 1 – 4*) e introduza as concentrações correspondentes (ver capítulo 1. **Conteúdo**) para cada padrão (*Quantity*). Certifique-se de que, para um ensaio de PCR com o artus HSV TM PCR Kit, o **ROX** seja regulado como referência passiva (*Passive Reference*). A distribuição uniforme do corante do ROX em todas as reacções da PCR de um lote, por meio da mistura de *HSV TM Master*, garante o reconhecimento e a compensação de variações *tube-to-tube* (diferenças de fluorescência entre diversas reacções da PCR) através do *Sequence Detection Software* (Normalização).

8.5.2.4 Criação do perfil de temperatura

Para a introdução do perfil de temperatura, troque no software, do nível *Setup* para o nível *Instrument*. Introduza o perfil de temperatura válido para a detecção de ADN do HSV de acordo com a Fig. 18. Certifique-se de que o volume de reacção esteja regulado em 50 µl. A opção *9600 Emulation* deve

estar activada e as pré-definições do tempo *Ramp* e do *Auto Increment* devem permanecer inalteradas (*Ramp Time*: 0:00, *Auto Increment*: 0.0°C, 0.0 Seconds).




Fig. 18:Criação do perfil de temperatura.

Além disso, a opção *Data Collection* encontra-se no nível *Instrument*. Ao seleccionar esta opção, aparecerá a janela representada na Fig. 19. Cada temperatura *Ramp* e *Plateau* possui um símbolo de aquisição de dados (*Data Collection Icon*), que demonstra a aquisição dos dados neste momento do ensaio. Para evitar medições de fluorescência desnecessárias, remova, clicando com o rato, todos os símbolos, excepto o símbolo do passo *Annealing-Extension* (Stage2/Step2). Desta forma, é possível reduzir ao mínimo o tempo total de operação e a quantidade de dados.




Fig. 19:Aquisição de dados (Data Collection).

8.5.2.5 Gravação do ensaio de PCR

Agora, grave as definições introduzidas (Setup) como máscara, de modo que elas possam ser reutilizadas, seja na versão original ou com modificações. Através da gravação das definições como *ABI PRISM SDS Template (*.sdt)*, na pasta *Template Directory ([D:]/Program Files/ Applied Biosystems\SDS 2.1\Templates*, criado pelo Applied Biosystems), é possível seleccionar este arquivo na lista do *Template*, directamente na janela *New Document*. Modelos gravados noutras pastas têm que ser abertos através do *Browse*. Antes de iniciar o ensaio de PCR actual, certifique-se de que o mesmo seja gravado novamente como *ABI PRISM SDS Document (*.sds)*. Desta forma, o armazenamento dos dados obtidos no decurso da PCR é garantido.

8.5.2.6 Início do ensaio de PCR

Inicie o ensaio de PCR seleccionando a opção *Start* no item *Instrument* do menu.

9. Análise dos dados

Uma calibração válida do corante (*Pure Spectra Component File*) e do fundo (*Background Component File*) é indispensável ao colocar o aparelho em funcionamento. Estes arquivos de calibração são utilizados para um cálculo exacto dos resultados da seguinte forma:

Todos os sinais de interferência durante a medição, provocados pelo aparelho, são eliminados pelo *Sequence Detection Software* dos *ABI PRISM Sequence Detection Systems* com a ajuda do *Background Component File*.

Além disso, surgem nas análises multicolor interferências entre os espectros de emissão de cada corante fluorescente. O software do *ABI PRISM SDS* compensa estas interferências através de cálculos dos dados espectrais de cada corante, gravado no *Pure Spectra Component File*. O software coordena também os dados de fluorescência, recolhidos no decurso da PCR através do espectro total mensurável, aos detectores programados com a ajuda do *Pure Spectra Componet*. Em seguida, os dados de fluorescência apurados de cada corante são divididos pelo sinal de referência passivo (ROX) para compensação das variações *tube-to-tube* (diferenças de fluorescência entre diferentes reacções da PCR). Deste modo, os sinais normalizados podem ser avaliados com ajuda do *Amplification Plot*.

Os arquivos de calibração utilizados na avaliação de um ensaio de PCR são protegidos automaticamente com a gravação do ensaio. Se os **arquivos de calibração** não tiverem sido instalados, crie-os seguindo as instruções do *ABI PRISM SDS User Guide/Manual*.

Caso tenha sido integrado mais que um sistema TM-PCR *artus* no seu ensaio de PCR (**prestar atenção ao perfil de temperatura**), analise então estes sistemas de teste separadamente. Amostras com a mesma designação (*Sample Name*) e a mesma indicação de detector são identificadas pelo *ABI PRISM 7000 e 7900HT SDS Software* automaticamente como réplica e, de acordo com a sua carga de agente patogénico quantificada, é calculada a média.

Os seguintes resultados podem ser obtidos:

1. É detectado um sinal no canal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2.

O resultado da análise é positivo: A amostra contém ADN do HSV.

Neste caso, a detecção de um sinal de fluorescência VIC (*Controlo interno*) é secundária, pois elevadas concentrações iniciais de ADN do HSV (sinal positivo no canal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2) podem conduzir a uma redução ou até mesmo à ausência do sinal de fluorescência do *Controlo interno* (competição).

2. Não é detectado nenhum sinal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2 e é detectado um sinal de fluorescência VIC (sinal do *Controlo interno*).

Na amostra não é detectável nenhum ADN do HSV, por isso ela pode ser considerada negativa.

No caso de PCR negativa do HSV, o sinal do *Controlo interno* detectado exclui a possibilidade de uma inibição da PCR.

3. Não é detectado nenhum sinal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2 e nenhum sinal de fluorescência VIC.

Não é possível fazer uma avaliação diagnóstica.

Indicações sobre fontes de erros e suas eliminações estão especificadas no capítulo **10. Resolução de Problemas**.

Exemplos de reacções de PCR positivas e negativas estão reproduzidos nas figuras 20/23 (**ABI PRISM 7000 SDS**) e 24/27 (**ABI PRISM 7900HT SDS**).




Fig. 20: Detecção dos Padrões de quantificação (HSV1 LC/RG/TM QS 1 - 4) através da detecção de um sinal de fluorescência FAM (**ABI PRISM 7000 SDS**). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 21: Detecção do Controlo interno (IC) através da detecção de um sinal de fluorescência VIC (**ABI PRISM 7000 SDS**) no caso de amplificação simultânea dos Padrões de quantificação (HSV1 LC/RG/TM QS 1 - 4). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 22: Detecção dos Padrões de quantificação (HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4) através da detecção de um sinal de fluorescência NED (ABI PRISM 7000 SDS). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 23: Detecção do Controlo interno (IC) através da detecção de um sinal de fluorescência VIC (ABI PRISM 7000 SDS) no caso de amplificação simultânea dos Padrões de quantificação (HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 24: Detecção dos Padrões de quantificação (HSV1 LC/RG/TM QS 1 - 4) através da detecção de um sinal de fluorescência FAM (ABI PRISM 7900 SDS). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 25: Detecção do Controlo interno (IC) através da detecção de um sinal de fluorescência VIC (ABI PRISM 7900 SDS) no caso de amplificação simultânea dos Padrões de quantificação (HSV1 LC/RG/TM QS 1 - 4). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 26: Detecção dos Padrões de quantificação (HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4) através da detecção de um sinal de fluorescência NED (ABI PRISM 7900HT SDS). NTC: non-template control (controlo negativo).




Fig. 27: Detecção do Controlo interno (IC) através da detecção de um sinal de fluorescência VIC (ABI PRISM 7900HT SDS) no caso de amplificação simultânea dos Padrões de quantificação (HSV2 LC/RG/TM QS 1 - 4). NTC: non-template control (controlo negativo).

10. Resolução de problemas

Ausência do sinal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2 nos controlos positivos (*HSV1 LC/RG/TM QS 1 – 4 & HSV2 LC/RG/TM QS 1 – 4*):

- A selecção do detector de fluorescência na análise dos dados da PCR não correspondem à indicação do protocolo.
 - ◆ Selecione para a análise dos dados o detector de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2 para a PCR analítica do HSV e o detector de fluorescência VIC para a PCR do Controlo interno.
- A definição dos dados empregados para a avaliação (*Extension Phase Data Extraction*), que se encontra em *Options*, não coincide com as definições da *Data Collection* (para *ABI PRISM 7900HT SDS* ver capítulo **8.5.2.4 Criação do perfil de temperatura**).
 - ◆ Analise o ensaio de PCR com as definições corrigidas e repita a análise (*Analysis*).
- A programação do perfil de temperatura do *ABI PRISM Sequence Detection System* estava incorrecta.
 - ◆ Compare o perfil de temperatura com as indicações do protocolo (ver capítulo **8.5 Programação do ABI PRISM SDS**).
- Composição incorrecta da reacção de PCR.
 - ◆ Reveja os passos com ajuda do esquema de pipetagem (ver capítulo **8.4 Preparação da PCR**) e, se for o caso, repita a PCR.
- As condições de conservação para um ou mais componentes do kit não corresponderam às instruções do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* indicadas no capítulo **2. Conservação** ou a data de validade foi excedida.
 - ◆ Por favor, reveja tanto as condições de conservação como também a data de validade (ver etiqueta no kit) dos reagentes e, se for o caso, utilize um novokit.

Sinal do Controlo interno (sinal de fluorescência VIC) enfraquecido ou até mesmo a ausência do mesmo, em caso de ausência simultânea de um sinal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2 da PCR específica do HSV:

- As condições da PCR não correspondem ao protocolo.
 - ◆ Reveja as condições da PCR (ver acima) e, se for o caso, repita a PCR com as configurações corrigidas.
- A PCR foi inibida.
 - ◆ Certifique-se de que seja utilizado um dos nossos procedimentos de purificação recomendados (ver capítulo **8.1 Isolamento de ADN**) e seja fiel às instruções do fabricante.
 - ◆ Certifique-se que seja efectuado o passo recomendado da centrifugação adicional para completa eliminação de resíduos de etanol antes da eluição na purificação do ADN (ver capítulo **8.1 Isolamento de ADN**).
- Ocorreram perdas de ADN por causa da purificação.
 - ◆ Se o Controlo interno foi adicionado à purificação, a ausência do sinal do Controlo interno pode significar que ocorreram perdas de ADN por causa da purificação. Certifique-se de que seja utilizado um dos nossos procedimentos de purificação recomendados (ver capítulo **8.1 Isolamento de ADN**) e seja fiel às instruções do fabricante.
- As condições de conservação para um ou mais componentes do kit não corresponderam às instruções do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* indicadas no capítulo **2. Conservação** ou a data de validade foi excedida.
 - ◆ Por favor, reveja tanto as condições de conservação como também a data de validade (ver etiqueta no kit) dos reagentes e, se for o caso, utilize um novokit.

Sinal de fluorescência FAM para HSV-1 ou NED para HSV-2 nos controlos negativos da PCR analítica.

- Ocorreu uma contaminação durante a preparação da PCR.

- ◆ Repita a PCR com reagentes ainda não utilizados em réplicas.
- ◆ Tape cada tubo de PCR se possível logo após a adição da amostra a ser analisada.
- ◆ Pipete o controlo positivo sempre no fim.
- ◆ Certifique-se que a superfície de trabalho e os aparelhos sejam desinfectados frequentemente.
- Ocorreu uma contaminação por causa da purificação.
 - ◆ Repita a purificação e a PCR da amostra a ser analisada com reagentes ainda não utilizados.
 - ◆ Certifique-se que a superfície de trabalho e os aparelhos sejam desinfectados frequentemente.

Se houver dúvidas ou problemas, por favor contacte o nosso suporte técnico.

11. Especificações

11.1 Sensibilidade analítica

Para determinar a sensibilidade analítica do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit*, foi criada uma série de diluições padrão de 25,7 a aproximadamente 0,008 equivalentes de cópias* do HSV-1 e 35,31 a aproximadamente 0,012 equivalentes de cópias* do HSV-2. Estas foram, em seguida, analisadas com os *ABI PRISM 7000* e *7900HT Sequence Detection Systems* através da utilização do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit*. As análises foram efectuadas para cada aparelho em três dias diferentes, contendo cada uma delas oito determinações. Os resultados foram apurados com a ajuda de uma análise de probit. A sua avaliação gráfica (*ABI PRISM 7900HT SDS*) está representada nas Fig. 28 e Fig. 29.

* O padrão aqui utilizado é um produto de PCR clonado, cuja concentração foi determinada por espectrofotometria e espectrofluorimetria.

Limite de detecção ($p = 0,05$)	
ABI PRISM 7000 SDS (HSV-1)	0,9 cópias/ μ l
ABI PRISM 7000 SDS (HSV-2)	0,5 cópias / μ l
ABI PRISM 7900HT SDS (HSV-1)	1,8 cópias / μ l
ABI PRISM® 7900HT SDS (HSV-2)	2,0 cópias / μ l

Isto significa que existe uma probabilidade de 95 % de serem detectadas 0,9 cópias/ μ l (HSV-1) ou 0,5 cópias/ μ l (HSV-2, ABI PRISM 7000 SDS) e 1,8 cópias/ μ l ou 2,0 cópias/ μ l (HSV-2, ABI PRISM 7900HT SDS), respectivamente.

Análise de probit: HSV-1 (ABI PRISM 7900HT SDS)




Fig. 28: Sensibilidade analítica para o HSV-1 do artus HSV-1/2 TM PCR Kit (ABI PRISM 7900HT SDS).

Análise de probit: HSV-2 (ABI PRISM 7900HT SDS)




Fig. 29: Sensibilidade analítica para o HSV-2 do artus HSV-1/2 TM PCR Kit (ABI PRISM 7900HT SDS).

11.2 Especificidade

A especificidade do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* é, em primeiro lugar, garantida através da selecção dos iniciadores (primers) e das sondas, assim como da selecção de condições de reacção optimizadas. Os iniciadores (primers) e as sondas foram verificados mediante uma análise de comparação de sequência quanto a eventuais homologias com todas as sequências publicadas em bancos de genes. A detecção de todos os genótipos relevantes foi assegurada desta forma.

Para a determinação da especificidade do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit*, foi examinado o grupo de controlo, citado na Tabela 1, em relação à existência de reacções cruzadas. Nenhum dos agentes patogénicos testados era reactivo.

Tabela 1: Teste da especificidade dos kits com possíveis agentes patogénicos inter-reactivos.

Grupo de controlo	HSV-1/2 (FAM/NED)	Controlo interno (VIC)
Vírus do herpes humano 3 (vírus Varicela-Zoster)	-	+
Vírus do herpes humano 4 (vírus Epstein-Barr)	-	+
Vírus do herpes humano 5 (Citomegalovírus)	-	+
Vírus do herpes humano 6 A	-	+
Vírus do herpes humano 6 B	-	+
Vírus do herpes humano 7	-	+
Vírus do herpes humano 8	-	+
Vírus da hepatite A	-	+
Vírus da hepatite B	-	+
Vírus da hepatite C	-	+
Vírus da imunodeficiência humana	-	+
Vírus da leucemia das células T tipo 1 e tipo 2	-	+
Vírus West-Nil	-	+
Enterovírus	-	+
Parvovírus B19	-	+

11.3 Precisão

Os dados de precisão para o *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* possibilitam a averiguação da variância total do sistema de teste. Esta variância total compõe-se da **Variabilidade Intra-Ensaio** (variabilidade de amostras com a mesma concentração em um ensaio), da **Variabilidade Inter-Ensaio** (variabilidade devida à utilização de diversos aparelhos do mesmo tipo por pessoas diferentes do mesmo laboratório) e da **Variabilidade Inter-Lote** (variabilidade devida à utilização de diferentes lotes). Para este fim, apuram-se o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação tanto para a PCR específica do agente patogénico como também para a de *Controlo interno*.

Estes dados foram apurados para o *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* com base no *Padrão de quantificação* com a menor concentração (QS 4; 10 cópias/ μ l). As análises foram efectuadas contendo oito determinações. Os resultados do teste de precisão estão representados nos valores do Ct da curva de amplificação (Ct: *threshold cycle*, ver Tabela 2/Tabela 4) e nos valores quantitativos em UI/ μ l (ver Tabela 3/Tabela 5). De acordo com estes resultados, a flutuação estatística de uma amostra qualquer com a concentração determinada é de 2,6 % (Ct, HSV-1) e 2,07% (Ct, HSV-2) ,ou seja, 14,02 % (concentração, HSV-1) e 14,82% (concentração, HSV-2) e, para a detecção do *Controlo interno*, é de 1,84 % (Ct, HSV-1) e 1,92% (Ct, HSV-2). Estes valores baseiam-se na totalidade de cada um dos valores apurados nas variabilidades.

Tabela 2:Dados de precisão com base no valor Ct para HSV-1.

	Desvio Padrão	Variância	Coeficiente de variação [%]
Variabilidade Intra-Ensaio: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	0,18	0,03	0,51
Variabilidade Intra-Ensaio: <i>Controlo interno</i>	0,24	0,06	0,87
Variabilidade Inter-Ensaio: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	0,25	0,06	0,70
Variabilidade Inter-Ensaio: <i>Controlo interno</i>	0,37	0,14	1,38
Variabilidade Inter-Lote: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	0,23	0,05	0,67
Variabilidade Inter-Lote: <i>Controlo interno</i>	0,17	0,03	0,65
Variância Total: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	0,92	0,84	2,62
Variância Total: <i>Controlo interno</i>	0,49	0,24	1,84

Tabela 3:Dados de precisão para o HSV-1 com base nos valores quantitativos (em cópias/ μ l).

	Desvio Padrão	Variância	Coeficiente de variação [%]
Variabilidade Intra-Ensaio: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	1,32	1,75	13,12
Variabilidade Inter-Ensaio: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	1,60	2,56	15,81
Variabilidade Inter-Lote: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	1,22	1,50	12,14
Variância Total: <i>HSV1 LC/RG/TM QS 4</i>	1,42	2,00	14,02

Tabela 4:Dados de precisão com base no valor Ct para HSV-2.

	Desvio Padrão	Variância	Coeficiente de variação [%]
Variabilidade Intra-Ensaio: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	0,17	0,03	0,49
Variabilidade Intra-Ensaio: <i>Controlo interno</i>	0,10	0,01	0,37
Variabilidade Inter-Ensaio: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	0,23	0,05	0,68
Variabilidade Inter-Ensaio: <i>Controlo interno</i>	0,30	0,09	1,10
Variabilidade Inter-Lote: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	0,24	0,06	0,74
Variabilidade Inter-Lote: <i>Controlo interno</i>	0,25	0,06	0,93
Variância Total: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	0,70	0,49	2,07
Variância Total: <i>Controlo interno</i>	0,52	0,27	1,92

Tabela 5:Dados de precisão para o HSV-2 com base nos valores quantitativos (em cópias/ μ l).

	Desvio Padrão	Variância	Coeficiente de variação [%]
Variabilidade Intra-Ensaio: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	1,44	2,06	14,25
Variabilidade Inter-Ensaio: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	1,60	2,56	15,80
Variabilidade Inter-Lote: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	1,48	2,18	14,62
Variância Total: <i>HSV2 LC/RG/TM QS 4</i>	1,50	2,25	14,82

11.4 Robustez

A verificação da robustez serve para apurar a taxa total de erro do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit*. Para isso, foram misturadas 30 amostras de líquido céfalo-raquidiano negativas para o HSV, com 5,4 cópias/ μ l por volume de eluição de ADN de controlo de HSV-1 (três vezes a concentração dos limites de sensibilidade analíticos). As amostras foram purificadas com o QIAamp DNA Mini Kit e analisadas com o *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* (ver capítulo **8.1 Isolamento de ADN**). Da mesma forma deu-se o procedimento para o HSV-2 (30 amostras de líquido céfalo-raquidiano; 6 cópias/ μ l de ADN de controlo de HSV-2). A taxa de erro, tanto para o HSV-1 quanto para o HSV-2, foi de 0 % para a totalidade das amostras. A robustez do *Controlo interno* foi verificada adicionalmente através da purificação e da análise de 30 amostras de líquido céfalo-raquidiano negativas para o HSV. A taxa total de erro foi de 0 %. Não foram observadas inibições. Deste modo, a robustez do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* é $\geq 99\%$.

11.5 Reprodutibilidade

Os dados da reprodutibilidade permitem avaliar regularmente o desempenho do *artus HSV-1/2 TM PCR Kit*, assim como para compará-lo com o desempenho de outros produtos, através da participação em ensaios colaborativos de controlo externo de qualidade.

11.6 Avaliação diagnóstica

O *artus HSV-1/2 TM PCR Kit* está a ser avaliado em vários estudos.

12. Indicações especiais sobre a utilização do produto

- Todos os reagentes devem ser utilizados exclusivamente para o diagnóstico in vitro.
- A utilização deve ser efectuada por funcionários que tenham sido especialmente formados e instruídos nos processos de diagnóstico in vitro.
- A observância exacta do protocolo é impreterivelmente necessária para se optimizar o resultado da PCR.
- Ter em atenção a data de validade indicada na embalagem e nas etiquetas de cada componente. Não utilizar reagentes com prazo de validade expirado.

13. Avisos e precauções

As informações de segurança do artus HSV-1/2 TM PCR Kit podem ser obtidas nas fichas de dados de Segurança (safety data sheets, SDS). Elas podem ser obtidas na forma de informações PDF compactas e fáceis de utilizar em www.qiagen.com/safety.

14. Controlo de qualidade

De acordo com o Sistema de Administração de Qualidade certificado pelos ISO 9001 e ISO 13485 da QIAGEN, cada lote dos artus HSV-1/2 TM PCR Kit foi testado de acordo com as especificações anteriormente apresentadas a fim de garantir uma qualidade constante do produto.

15. Referências bibliográficas

Mackay IM. Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 2004; 10 (3): 190 - 212.

16. Descrição dos símbolos



Prazo de Validade



Número do Lote



Fabricante



Referencia de Catálogo



Número do material



Manual de instruções



Produto medico diagnosticado in vitro



Número do item de comércio mundial



<N>

Conteúdo é suficiente para <N> testes



Limites de Temperatura



Padrão de quantificação



Controlo interno

Mg-Sol

Solução de magnésio

Solução de magnésio

artus HSV-1/2 TM PCR Kit

Marcas registradas e indicações jurídicas

QIAGEN®, QIAamp®, artus®, BioRobot®, EZ1®, UltraSens® (Grupo QIAGEN); ABI PRISM®, MicroAmp®, GeneAmp® (Life Technology Corporation).

Nomes registrados, marcas registradas, etc. usados neste documento não podem ser considerados como desprotegidos legalmente, mesmo que não estejam especificamente sinalizados como tal.

O artus HSV-1/2 TM PCR Kit, o BioRobot EZ1 DSP Workstation, e o EZ1 DSP Virus Kit e Card são instrumentos e kits de diagnóstico sinalizados com CE de acordo com as Diretrizes Européias 98/79/CE sobre diagnóstico in vitro. Não estão disponíveis em todos os países.

Os kits QIAamp são para o uso geral em laboratório. As indicações ou as representações do produto não foram elaboradas para fornecer informações sobre a diagnose, a prevenção ou a terapia de uma doença.

A aquisição de kits de PCR artus contém uma licence limitada para o uso dos mesmos na execução do processo de reacção em cadeia da polimerase (PCR) em diagnósticos in vitro humanos e veterinários em conjugação com um ciclador térmico, cujo uso na execução automática do processo de PCR é coberto pela taxa de licença inicial, ou por pagamento à Applied Biosystems ou por aquisição de um ciclador térmico autorizado. O processo de PCR é protegido pelos respectivos direitos nacionais de proteção de patentes dos E.Li.A. número: 5.219.727 e 5.322.770 e 5.210.015 e 5.176.995 e 6.040.166 e 6.197.563 e 5.994.056 e 6.171.785 e 5.487.972 e 5.804.375 e 5.407.800 e 5.310.652 e 5.994.056; Propriedade da Firma Hoffmann-La Roche Ltda.

© 2015 QIAGEN, todos os direitos reservados

www.qiagen.com

Australia ■ techservice-au@qiagen.com

Austria ■ techservice-at@qiagen.com

Belgium ■ techservice-bnl@qiagen.com

Brazil ■ suportetecnico.brasil@qiagen.com

Canada ■ techservice-ca@qiagen.com

China ■ techservice-cn@qiagen.com

Denmark ■ techservice-nordic@qiagen.com

Finland ■ techservice-nordic@qiagen.com

France ■ techservice-fr@qiagen.com

Germany ■ techservice-de@qiagen.com

Hong Kong ■ techservice-hk@qiagen.com

India ■ techservice-india@qiagen.com

Ireland ■ techservice-uk@qiagen.com

Italy ■ techservice-it@qiagen.com

Japan ■ techservice-jp@qiagen.com

Korea (South) ■ techservice-kr@qiagen.com

Luxembourg ■ techservice-bnl@qiagen.com

Mexico ■ techservice-mx@qiagen.com

The Netherlands ■ techservice-bnl@qiagen.com

Norway ■ techservice-nordic@qiagen.com

Singapore ■ techservice-sg@qiagen.com

Sweden ■ techservice-nordic@qiagen.com

Switzerland ■ techservice-ch@qiagen.com

UK ■ techservice-uk@qiagen.com

USA ■ techservice-us@qiagen.com

